Mode d'emploi court
MiS® Activ à partir de l'année de construction 01/2011

VOLKER

A. Structure



Lors de l'utilisation de MiS® Activ sur un lit Vis-a-Vis, veillez à ce que le câble adaptateur Vis-a-Vis supplémentaire soit inséré entre le relève-cuisses et le repose-jambes.

Prise de connexion avec sécurité contre les inversions de polarité :

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Fax +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

Mode d'emploi court
MiS® Activ à partir de l'année de construction 01/2011

VOLKER

B. Boîtier de commande



REMARQUE MiS® Activ n'est pas adapté à un nettoyage en tunnel de lavage (IPX4).

REMARQUE Veuillez consulter les indications du manuel d'utilisation complet !

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Fax +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

CE

KA198 - V1.0 (24.04.2012)